

Certificado No. 32118 ZC

Página 1 de 4

Este documento certifica que el instrumento descrito a continuación se examinó y se comparó en las instalaciones del cliente., contra los patrones calibrados por un ente acreditado.
Esta calibración cumple con los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005.

Información del cliente

Razón social : CONCESION RUTA AL MAR S.A.S
Dirección : CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL, SAN JERONIMO BODEGA No 4 CALLE B ETAPA 1
KILOMETRO 3 VIA MONTERIA PLANETA RICA
Ciudad, País : PLANETA RICA, COLOMBIA
Fecha de recepción : 2016-12-12
Numero de reporte : 5401

Información del instrumento de pesaje

Descripción del instrumento: BASCULA ELECTRONICA (CAMIONERA)
Fabricante : FAIRBANKS
Modelo : FB3000
Serie : 162850010370
Identificación : NO PORTA
Intervalo de Medición : 200 kg A 80000 kg
División de escala : 10 kg
Fecha de calibración : 2016-12-12
Lugar de calibración : BASCULA MAGUITOS 2

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: 4

Resultado del examen físico.

El instrumento se encontró en óptimas condiciones limpieza, nivelado, se esta utilizando de manera apropiada, no hay obstrucciones evidentes en la operación del instrumento, se encuentra instalado en una base firme las lecturas son legibles, esta protegido adecuadamente contra el polvo, corrientes de aire, las vibraciones, las condiciones atmosféricas y otra influencia que pueda afectar su correcto funcionamiento

Método de calibración utilizado:

En la calibración se utilizo el método de comparación directa con masas patrón

Procedimiento de calibración utilizado.

PEM-06, donde se indican las pruebas a realizar tales como Excentricidad, Repetibilidad, y Exactitud determinados por los numerales 5.2, 5.3 y 5.1 de la guía SIM MWG7/cg-01/v.00. (Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático)

Certificado No. 32118 ZC
Pagina 2 de 4

Características del instrumento

Carga Máxima:	80000 kg
Carga mínima:	200 kg
Valor de división real de la escala (d):	10 kg
Desviación estándar :	50 kg
Desviación lineal:	50 kg
Error permitido de excentricidad:	50 kg

Condiciones Ambientales

Temperatura del aire: 35,4 °C

Humedad Relativa: 44,5 % HR

Prueba de Excentricidad.

Esta prueba evalúa las indicaciones de una misma carga ubicada en diferentes posiciones del receptor de carga (figura 1), se realizó con una carga de 25340 kg de acuerdo a la Guía SIM MWG7/ cg-01/v.00, numeral 5.3.

Figura 1

Posición	Indicación (kg)	Error DI_{exc}
		(kg)
1	25340	
2	25340	0
3	25330	-10
4	25330	-10
5	25330	-10

2
3
1
5
4

Prueba de repetibilidad.

La desviación típica determinada corresponde a 10 mediciones de la carga aplicada. Esta prueba fue realizada según el numeral 5.1. de la Guía SIM MWG7/cg-01/v.00.

Repetición No.	Cargas (kg)	
	15000	30000
	Indicación	
1	14990	30000
2	14990	30000
3	14990	30000
4	14990	30000
5	14990	30000
6	14990	30000
7	14990	30000
8	14990	30000
9	14990	30000
10	14990	30000
Desviación Típica	0,0E+00	0,0E+00


Certificado No. 32118 ZC
Página 3 de 4

Prueba para los errores de las indicaciones.

La prueba para los errores de las indicaciones se realizó según el numeral 5.2.2 de la guía técnica SIM MWG7/cg-01/v.00. Los datos obtenidos son los presentados en la siguiente tabla, con su respectiva gráfica.

Cargas (kg)	Ascendente		Descendente		Incertidumbre (kg)
	Error (kg)	Error (kg)	Error (kg)	Error (kg)	
0	0	0	0	0	8,216
200	200	0	200	0	8,216
4000	3990	-10	4000	0	8,255
6000	5990	-10	6000	0	8,303
8000	7980	-20	7990	-10	8,369
10000	9970	-30	9990	-10	8,454
15000	14970	-30	14990	-10	8,743
20000	19970	-30	19990	-10	9,134
25000	24970	-30	24990	-10	9,615
30000	30000	0	30000	0	10,174

Gráfico para los errores de las indicaciones.



Incertidumbre

La incertidumbre expandida reportada se estimó con un $k = 2$, que nos garantiza una confianza del 95,45 %, siguiendo las recomendaciones del documento GTC 51:1997 "Guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones" y la Guía técnica SIM MWG7/cg-01/v.00.

$$U = 2E-09x^2 + 5E-06x + 8,2082$$

Donde X es cualquier carga aplicada

Certificado No. 32118 ZC
Página 4 de 4

Trazabilidad.

Esta calibración es trazable al NIST a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones. El patrón de referencia se utiliza para calibrar el patrón de trabajo, que a su vez se utiliza para calibrar el instrumento del cliente. Cada eslabón de la cadena está completamente documentado, y la incertidumbre de medición en cada paso ha sido estimada.

Descripción	Código	Certificado No.	Fecha de vencimiento
JUEGO DE MASAS DE 20 kg CLASE M1	ZC-MS-JP-26	24981 ZC	2017-03-08
JUEGO DE MASAS CLASE M2 DE 500 kg a 1000 kg	NO PORTA	26562 ZC	2017-05-08

Observaciones:

Para el tratamiento de los errores del instrumento nos referenciamos en las tolerancias del fabricante o del cliente.

El usuario debe ser consciente que un sin número de factores pueden causar la deriva en el instrumento, dando como resultado fuera de especificación antes que el intervalo de calibración especificado haya expirado.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Laboratorios de Metrología Sigma Ltda., no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado del instrumento calibrado.

Este certificado de calibración no puede ser reproducido parcial ni totalmente sin el permiso expreso por escrito de Laboratorios de Metrología Sigma Ltda.

Firma Autorizada	Fecha de emisión	Sello
 John Leon Ramirez Director Técnico	2016-12-20	

Fin certificado de calibración