

PROMÉTALICOS

EXPERTOS EN PESAJE Y CONTROL

LABORATORIO DE METROLOGÍA**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**
certificate of calibrationISO/IEC 17025:2005
09-LAC-013

Pagina 1 de 3

LABORATORIO: BASCULAS PROMETALICOS S.A
 Laboratory
INSTRUMENTO: BASCULA CAMIONERA
 Apparatus
FABRICANTE: BASCULAS PROMETALICOS
 Manufacturer
MODELO DEL INSTRUMENTO: 100670 BPE
 Instrument Model
IDENTIFICACION: 1305005 **CODIGO INTERNO:** T173700642
 Identification number Internal cod
INTERVALO DE MEDICION: 400 kg 100000 kg
 Weighing range
SOLICITANTE: SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN SIMON
 Customer
DIRECCION SOLICITANTE: BASCULA MOLINO KM 20 + 100 ANILLO VIAL OCCIDENTAL LLEGANDO A LA INTERSECCION PUERTO
 customer address SANTANDER
SITIO DE CALIBRACION: CONCESIONARIA SAN SIMON
 calibration adress
CIUDAD: CUCUTA **DEPARTAMENTO:** NORTE DE SANTANDER
 City Department
FECHA DE RECEPCION: 2019 01 16
 date of calibration
FECHA DE CALIBRACION: 2019 01 16
 date of calibration
NUMERO DE PAGINAS DE CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: 3
 Number of pages of this certificate and documents
FECHA DE EMISIÓN: 2019 01 21
 Date of issue
FIRMAS AUTORIZADAS:
 Authorized signatures


 HERNEY RAMIREZ TRUJILLO
 METROLOGO

Calibrado por - Calibrate by


 WILMAR IVAN CORREDOR
 JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGIA
 Revisado por - checked by

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas, no podra ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se halla obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio emisor no es responsable de los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This certificate (report) is an accurate record of the performed measurement results. This certificate must not be partially reproduced, permission of the issuing laboratory. The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurement were made. The issuing laboratory assumes no responsibility for any ensuing damages due to the misuse of the calibrated instruments.

LPS-R-10/V9
12 de jun de 17Dirección: Carrera 21 N° 72-04 A.A 526 - Manzales - Colombia - Suramérica.
Conmutador (57) 6-8864009-8864148, Telefax (57) 6-8866384metrologia@prometalicos.com
www.metrologiaprometalicos.com