

INFORME DE REVISION BASCULA PARA METROLOGIA LEGAL

LABORATORIO: BASCULAS PROMETALICOS S.A
INSTRUMENTO: BASCULA CAMIONERA
FABRICANTE: BASCULAS PROMETALICOS
MODELO DEL INSTRUMENTO: 100670BPE
N° SERIE BASCULA 1305004 N° SERIE INDICADOR T161102062
INTERVALO DE MEDICION: 400 kg - 100000 kg
SOLICITANTE: SOCIEDAD CONCESIONARIA SAN SIMON
DIRECCION SOLICITANTE: BASCULA MOLINO KM 20 + 100 ANILLO VIAL OCCIDENTAL LLEGANDO A LA INTERSECCION
CIUDAD: CUCUTA DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER
FECHA DE LA PRUEBA: 2019 01 15 Department
METROLOGO: HERNEY RAMIREZ TRUJILLO


WILMAR J. CANARIA CORREDOR
JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGIA
Revisado por - checked by

Los resultados reportados en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio emisor no es responsable de los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los instrumentos sometidos a pruebas metrologicas.

VERIFICACION DE PLACA

La bascula cuenta con placa de identificación?

SI		NO	NO
SI		NO	NO

La placa contiene todos los datos requeridos por la resolución


En caso de responder NO, detalle cual dato falta

Describe el sitio de ubicación de la placa

LA PLACA DE IDENTIFICACION DE LA BASCULA QUEDA PENDIENTE

DE ENVIO DE LA EMPRESA PARA LA INSTALACION POR PARTE DEL CLIENTE

En caso de tener placa adjuntar Fotografia



PRUEBAS REALIZADAS

PRUEBA REPETIBILIDAD		unidad
CARGA	48120	kg
REPETICION	INDICACION	ERROR
1	48120	0
2	48120	0
3	48120	0
4	48120	0
5	48120	0
6	48120	0
7	48100	-20
8	48120	0
9	48120	0
10	48120	0
ERROR MÁXIMO ENCONTRADO		0
EMP		60
RESULTADO		CONFORME

PRUEBA EXCENTRICIDAD				unidad
POSICION	CARGA	28100		kg
	INDICACION	ERROR	EMP	RESULTADO
1	28100	0	40	CONFORME
2	28120	20	40	CONFORME
3	28080	-20	40	CONFORME
4	28100	0	40	CONFORME
5	28120	20	40	CONFORME
6	28120	20	40	CONFORME

RESULTADO CONFORME

PRUEBA DE ENSAYO DE PESAJE			unidad		kg	
CARGA	INDICACION 1	ERROR 1	INDICACION 2	ERROR 2	emp POR RANGO	RESULTADO
0	0	0	0	0	20	CONFORME
2000	2000	0	2000	0	20	CONFORME
14000	14000	0	14000	0	40	CONFORME
28000	28000	0	28000	0	40	CONFORME
42020	42020	0	42020	0	60	CONFORME
56020	56020	0	56020	0	60	CONFORME

RESULTADO CONFORME