

**PROMÉTALICOS**

EXPERTOS EN PESAJE Y CONTROL

# LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN  
certificate of calibration



ISO/IEC 17025:2005  
09-LAC-013

Página 1 de 3

LABORATORIO: BASCULAS PROMETALICOS S.A  
Laboratory

INSTRUMENTO: CAMIONERA  
Apparatus

FABRICANTE: PROMÉTALICOS  
Manufacturer

MODELO DEL INSTRUMENTO: 100460 MM  
Instrument Model

IDENTIFICACION: 1104005 CODIGO INTERNO: 131217/2828  
Identification number Internal cod

INTERVALO DE MEDICION: 200 kg 100000 kg  
Weighing range

SOLICITANTE: CONSORCIO VIAL HELIOS  
Customer

DIRECCION SOLICITANTE: VARIANTE GUADUAS RUTA DEL SOL SECTOR 1  
customer address

SITIO DE CALIBRACION: BÁSCULA GUADUAS  
calibration adress

CIUDAD: GUADUAS DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
City Department

FECHA DE RECEPCION: 2018 12 02  
date of calibration

FECHA DE CALIBRACION: 2018 12 02  
date of calibration

NUMERO DE PAGINAS DE CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS: 3  
Number or pages of this certificate and documents

FECHA DE EMISIÓN: 2018 12 11  
Date of issue

FIRMAS AUTORIZADAS:  
Authorized signatures



20 DIC 2018

RECIBIDO PARA ESTUDIO  
"NO INCLUIR EN CERTIFICACION"

JULIO GUERRERO LOPEZ  
METROLOGO

Calibrado por - Calibrate by

MARCELA MEZA MONTES  
JEFE DE LABORATORIO DE METROLOGIA

Revisado por - checked by

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas, no podra ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se halla obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite. Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio emisor no es responsable de los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

*This certificate (report) is an accurate record of the performed measurement results. This certificate must not be partially reproduced, permission of the issuing laboratory. The results of this certificate refer to the moment and conditions in which the measurement were made. The issuing laboratory assumes no responsibility for any ensuing damages due to the misuse of the calibrated instruments.*

LPS-R-10/V9  
12 de jun de 17

Dirección: Carrera 21 N° 72-04 A.A 526 - Manizales - Colombia - Suramérica.  
Conmutador (57) 6-8864009-8864148, Telefax (57) 6-8866384

metrologia@prometalicos.com  
www.metrologiaprometalicos.com