

Certificado No:
LMS19132
Masa (instrumentos de pesaje)
Página 1 de 4



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Este certificado es emitido acorde con los requisitos del estándar internacional ISO/IEC 17025 de acuerdo con la edición relacionada en el certificado de acreditación 11-LAC-001 vigente a la fecha y los criterios de acreditación para laboratorios de calibración del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

Sin la aprobación de Laboratorios de Metrología SIGMA no se debe reproducir este certificado, excepto cuando se reproduce de forma total y se tenga la seguridad de que partes del certificado no se sacan de contexto.

Información del solicitante:

Razón social: AUTOVIA NEIVA GIRARDOT S.A.S.
Dirección: kilómetro 4 + 100 metros Vía Neiva - Bogotá
Ciudad, Departamento: Neiva, Huila
Fecha de recepción: 2019-10-01
Número de reporte: R - 9193

Información del instrumento bajo calibración:

Descripción del instrumento: Instrumento de pesaje electrónico
Fabricante: METTLER TOLEDO
Modelo: 8530 COUGAR
Serie: 5062875-5CA
Identificación: No porta
Fecha de calibración: 2019-10-01
Lugar de calibración: BASCULA NORTE

Método de calibración utilizado:

El instrumento fue calibrado utilizando el método de comparación directa con masas patrón hasta 35000 kg, y sustitución de carga hasta 64500 kg, las pruebas aplicadas se encuentran documentadas en la guía SIM MWG7/cg-01/v.00:2009 (guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático) en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 y en el procedimiento interno PEM-06: calibración de equipos de pesaje según guía SIM.

Número de páginas del certificado incluyendo anexos: 3

Firma Autorizada

Fecha de emisión

Sello

John Alberto León Ramírez
Director Técnico

2019-10-07

FEM-30 ED-08 2019-05-30

LABORATORIOS DE METROLOGÍA SIGMA LTDA
Av. El dorado No. 85D - 55 Local E-35. Telefax: 571 - 410 73 74 Bogotá, Colombia.
E-mail: dircomercial@laboratoriosigma.com, Web: www.laboratoriosigma.com