

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CERTIFICATE OF CALIBRATION



ISO/IEC 17025:2005
18-LAC-026
Página 1 de 3

CERTIFICADO No. LDM-CEB-1800-20

INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE

SOLICITANTE: P.A. FIDEICOMISO VIPSA 2016
Customer
DIRECCIÓN: ESTACION DE PESAJE DE BOTANA
Address
CIUDAD: PASTO - NARIÑO
City:

DATOS DEL INSTRUMENTO SOMETIDO A CALIBRACIÓN

INSTRUMENTO:	BASCULA CAMIONERA	FABRICANTE:	RICE LIKE
Instrument		Manufacturer	
MODELO:	720I-2A	CÓDIGO INTERNO:	B1333
Model		Internal Code	
NÚMERO DE SERIE:	1597600054	INTERVALO DE MEDICIÓN:	200 kg a 65850 kg
Serial Number:		Measuring range:	
LUGAR DE CALIBRACIÓN:	ESTACION DE PESAJE - (In Situ)	DIVISIÓN DE ESCALA:	10 kg
Calibration Place		Scale division	
FECHA DE RECEPCIÓN:	2020-06-02	CAPACIDAD MÁXIMA:	80000 kg
Date of Reception		Maximum Capacity	
FECHA DE CALIBRACIÓN:	2020-06-02	CARGA MÁXIMA DE USO:	65850 kg
Date of Calibration		Maximum Use Load	

DATOS DEL LABORATORIO

NOMBRE DEL LABORATORIO: DOMAT METROLOGIA SAS.
Laboratory Name
DIRECCIÓN DEL LABORATORIO: CARRERA 73 B No 10 A - 17 Oficina 101
Laboratory Address
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA
City:



METODO UTILIZADO

El método utilizado en esta calibración es por metodo sustitución. Siguiendo los lineamientos de la guía SIM MWG/cg-01/v. 00:2009, en donde se refiere a la aplicación de pruebas de Excentricidad, Repetibilidad y error de indicación "Exactitud"; comparando los errores obtenidos y estimando las incertidumbres correspondientes.

INCERTIDUMBRE

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual se estimó con un nivel de confianza del 95,45 %.

NOTAS:

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente. Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

This certificate is an accurate record of performed measurements results. This certificate may not be partially or totally reproduced. The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurement were made. The issuing laboratory assumes no responsibility for ensuring due to misuse of the calibrated instruments.

Número de páginas del certificado incluyendo anexos:
Number of pages of this certificate and documents attached

3

MAGNITUD
Quantity

MASA

Kimberly Sánchez
Ing. Kimberly Sánchez
Director Técnico
Autorizo Y Aprobó

2020-06-10
Fecha expedición



LAB-04-F04
2020-04-01
V. 05

PBX. 57 (1) 300 3237 - 3103165228
comercial@domatmetrologia.com
Carrera 73 B N° 10 A - 17 Ofic 101 Bogotá - Col.
www.domatmetrologia.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CERTIFICATE OF CALIBRATION



ISO/IEC 17025:2005
18-LAC-026
Página 2 de 3

CERTIFICADO No. LDM-CEB-1800-20

INSPECCIÓN INICIAL

Se inspecciona de manera visual las características metrológicas del instrumento (Capacidad Máx, Capacidad Min, y División de Escala); se evidencia que sus condiciones de uso y ubicación sean las adecuadas para llevar a cabo la calibración.

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales existentes en el sitio de calibración y reportadas en este certificado, fueron medidas con instrumentos calibrados y trazables al SI.

CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura	Humedad Relativa	Presión Atmosférica
21,6 °C	43,0 %HR	732 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Esta prueba se realizó de acuerdo al numeral 5.1 de la guía SIM MWG/cg-01/v. 00:2009, se utilizaron cargas proporcionales al intervalo de medición del instrumento.

CARGAS APLICADAS	33850 kg
Desviación Estandar (s)	4,1

PRUEBA DE EXCENTRICIDAD


Esta prueba se realizó de acuerdo al numeral 5.3 de la guía SIM MWG/cg-01/v. 00:2009, y la carga utilizada para realizar esta prueba fue de 33850 kg.

POSICIÓN	Error (kg)
1	0
2	-10
3	-10
4	-20
5	0
6	-10


TIPO DE PLATAFORMA

Rectangular

Dirección del movimiento



Dirección inversa del movimiento



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CERTIFICATE OF CALIBRATION



ISO/IEC 17025:2005
18-LAC-026

Página 3 de 3


CERTIFICADO No. LDM-CEB-1800-20

PRUEBA DE ERRORES DE INDICACIÓN

Esta prueba se realizó de acuerdo al numeral 5.2 de la guía SIM MWG/cg-01/v. 00:2009.

Cargas Aplicadas (kg)	Error (kg)	Incertidumbre (kg)
0	0	1,6E+01
200	0	1,6E+01
500	0	1,6E+01
1000	0	1,6E+01
2000	0	1,6E+01
6000	0	1,6E+01
10000	0	2,1E+01
16000	-10	2,7E+01
18000	0	3,2E+01
20000	0	3,7E+01
24000	0	4,4E+01
28000	0	5,0E+01
32000	-10	5,8E+01
65850	-10	1,0E+02

GRÁFICA DE INDICACION (CARGA APLICADA VS ERROR DEL INSTRUMENTO)



TRAZABILIDAD

Domat Metrología S.A.S garantiza la trazabilidad de sus patrones al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante una cadena ininterrumpida de calibraciones documentadas y con su incertidumbre asociada; el patrón de referencia se utiliza para calibrar el patrón de trabajo, que a su vez se utiliza para calibrar el instrumento del cliente.

* Juego de pesas 20 kg (100) Clase: OIML M1 con Certificado No. LDM-CEM-1559-20 / LDM-CEM-1560-20 emitido por DOMAT METROLOGIA SAS

OBSERVACIONES

1. Los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a calibración.
2. Las mediciones reportadas en este certificado de calibración garantizan la trazabilidad al sistema internacional de unidades (SI).
3. Los datos suministrados por el cliente de encuentran mencionados en la hoja 1: información de emisión de los datos del cliente y las especificaciones técnicas del instrumento calibrado, en caso de tener una novedad por parte de Domat metrología, se registrará en el formato LAB-02-F07 Informe de calibración.

FIN DE CERTIFICADO

LAB-04-F04
2020-04-01
V. 08

PBX. 57 (1) 300 3237 - 3103165228
comercial@domatmetrologia.com
Carrera 73 B N° 10 A - 17 Ofic 101 Bogotá - Col.
www.domatmetrologia.com